

The DreamPort™ Sleep Solution Only from bleep™

Visit www.bleepsleep.com/instructions for step-by-step video guide.



Patient Instruction Manual
and Guide for Use
Rev-7, Item-100424



WELCOME

Welcome to the dream revolution! As a new user of Bleep DreamPort, we want to say thank you for choosing our innovatively designed treatment for sleep apnea. What you will find in this guide are the instructions and intended use for the DreamPort technology, how it should be applied for best outcomes, details on properly cleaning and maintaining, as well as best practices for a successful night of using the DreamPort hyper-light, headgear-free CPAP interface system.

INTENDED USE

The Bleep DreamPort interface is intended for use by individuals who have been diagnosed by a Physician as requiring CPAP or BiPAP treatment and should not be used outside the guidance of a trained medical provider or respiratory therapist. The Bleep DreamPort interface is intended for single patient adult (>66 lb/30 kg) use in the home, hospital or other clinical setting. The interface is only intended for use as directed within the instruction manual provided with the Bleep DreamPort. Please read the entire patient instruction manual and guide prior to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

The operating pressure range of the mask is recommended for 4 to 20 cm H2O. The transport and storage temperature range of the mask is -20 to 60°C (-4 to 140°F). The operating temperature range of the mask is 10 to 40°C (50 to 104°F).

BEFORE EACH USE OBSERVE THESE WARNINGS

- US Federal Law restricts this device to sale by, or on order of, a physician.
- Make sure that the patient has cleaned the skin contact surface under the nose and around to the sides of the nose and cheek areas that the 3M surgical foam adhesive will come in contact with. This is imperative to a successful application and long-term effective nightly use. Not cleaning the skin properly will result in faulty use and CPAP leaks around the application site.
- If you have severe allergies to medical adhesive tape, it is highly recommended that you try a sample of the 3M Hypoallergenic Surgical Foam Tape used in the DreamPort that is included in your CPAP interface setup package. If you have an allergic reaction to the tape, after nightly application, discontinue using immediately and seek the advice of a medical professional or your treating physician.
- Adjust the temperature of your room such that you will not perspire and sweat.
- Be sure to inspect that the mask is clean and clear of obstructive material.
- Always be sure to observe the mask for damage. Do not use if there is any noticeable defects, cracks, tears or improperly sealed areas on the interface. Contact your local dealer and request replacement part(s).
- Take time to confirm that the vent holes along the bottom of the interface, located on each side of the interface tube, are free of obstruction. Do not use if vents are blocked or restriction is apparent. The vent holes must be

clear at all times; do not seal off the exhalation vents. The medical reason for this is that rebreathing exhaled air in any CPAP mask for extended periods of time, beyond a few minutes, can cause suffocation and inadequate air by which to breathe properly and can be dangerous or life threatening.

- The interface should only be worn when CPAP or BiPAP therapy is turned on. Once the interface is connected to the adhesive DreamPorts, be sure that the CPAP or BiPAP device the patient is using has been turned on and is blowing air.
- Discontinue using the Bleep DreamPort interface in its entirety if discomfort or irritation occurs, and contact your healthcare provider and sleep therapist.
- Discontinue using the Bleep DreamPort interface if any allergic reaction to the interface or the nightly disposable adhesive patch that is applied to the skin surrounding any portion of the nares, nostrils or surrounding tissue of the nose. Seek medical consultation if this occurs.
- Do not use the interface if you are feeling sick with symptoms of nausea or have been vomiting.
- Discontinue all use of product if any symptoms occur with: tooth, gum or jaw soreness, severe headache, chest discomfort, shortness of breath or eye pain.
- Be careful to follow all precautions when using supplemental oxygen in conjunction with the interface. Consult with your healthcare provider, respiratory therapist and interface dealer for additional service questions when using supplemental oxygen with this device.
- At low CPAP or BiPAP pressures, some rebreathing may occur, which is fairly normal with most CPAP masks.
- Use with humidification if experiencing nasal congestion or dry airway.
- Bleep DreamPorts are one time use. Dispose of them after use. The DreamPort Interface has a service life of 90 days and should be replaced after being used for 90 days.
- Important Note: Failure to follow the operating instructions may compromise the performance and safety of the mask.

APPLYING YOUR DREAMPORTS CORRECTLY EVERY TIME

APPLYING THE DREAMPORTS

The first step to applying your DreamPorts is to thoroughly clean the nose area (sides and base of your nose, and the entire nostril area), with a DreamPrep wipe or another astringent like an alcohol prep to completely remove all oils, makeup, and dirt. It is the most important part of fitting your interface, and once done correctly will enable you to easily fit the DreamPorts consistently. Once your face has properly been cleaned with soap and water or using one of Bleep's nightly facial wipes, designed to remove the oils on the skin, you should properly dry your face and skin around your nose and cheeks. Then you can begin the process of application.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS IN FULL BEFORE APPLYING YOUR DREAMPORTS

1. Remove two DreamPorts from the packaging that the dealer has provided to you.
2. Standing in front of a mirror so that you can closely see all of your face, peel off the backing of one of the DreamPorts.
3. Tilt your head slightly back so that you can see your nostrils clearly.



4. Carefully lineup the DreamPort tube with your nostril so that the tube will become an extension of that nostril. Bring the DreamPort up to your nose, using the mirror to correctly help guide you with proper alignment. Gently press the DreamPort over the center of the nostril, sealing off the outside of the nostril completely.
5. Using a finger, lightly press your nose toward the opposite side of your face to create a more flattened surface area between the side of your nose and cheek.
6. Press the tail surface of the DreamPort adhesive down onto the skin and smooth out, making sure that all of the adhesive exterior is flat against the surface of the skin and surrounding nostril area. The DreamPort should extend directly out away from your nostril and allow you to freely breathe as you normally would if it weren't there. If you cannot pass air through your nostril you may have obstructed the nostril with tape and would need to try reapplying using a new DreamPort.
7. Follow steps 2 through 6 for the second DreamPort application.



8. Once both DreamPorts are applied to your nose you should be able breathe sufficiently with each DreamPort now extending toward the center region above your upper lip. The DreamPorts should be flexible enough in their contact design with the adhesive patch to offer some mobility back and forth. This will allow you to manipulate the Dreamports to properly insert them into the Bleep Quick Release (QR) Sockets on the interface.



9. The first few times you apply your mask, we recommend that you apply it in its entirety standing in front of a mirror until you are more comfortable not needing the visual cues for connection when applying the Bleep QR Sockets and the DreamPorts together.
10. Next, lift up the Bleep interface so that the DreamPorts and the Quick Release Socket (QRS) are relatively inline. Concentrate on connecting one at a time. Press one QRS up over a DreamPort. When fully engaged together, you should hear an audible click.
11. Gently push the remaining unconnected DreamPort toward the last QRS and insert until you hear another audible click.
12. The Bleep DreamPort interface should be hanging gently from your nose. You may offer the support of holding the tube beside your face as you walk to you bed.



TESTING THE FIT OF YOUR DREAMPORT INTERFACE

Connect your DreamPort interface to your CPAP machine using the connector swivel at the end of the interface tubing to your existing CPAP tube, turn the CPAP or BiPAP device on and test for leaks.

- If your mask leaks air against your face press down around the tape that was not properly sealed to the skin.
- If your interface still leaks, you may need to clean your face again and reapply new DreamPorts, making sure that your skin is clear of all oils, lotions, and is correctly dry enough for the adhesive to secure properly to the skin.


CHIN STRAP

If a substantial amount of air is leaking out of your mouth during use, or you get a dry mouth, you may find it beneficial to use a chin strap to assist with this. As with any health related question or concern, consult with your healthcare provider, respiratory therapist or local dealer for guidance on options that exist for you, as there are many types to choose from. You may also need to turn your humidifier up.



CONDENSATION OR WHISTLING

If you experience whistling sounds or excessive condensation in your mask, you may need to turn down your humidifier. Do this gradually, over a few nights, to avoid reducing the humidity too much. Please consult with your healthcare professional before doing so.



USING YOUR SWIVEL CONNECTOR FOR A QUICK DISCONNECT

Your Bleep DreamPort Interface may be disconnected from the main CPAP tube by disconnecting the swivel connector from your standard 6ft. CPAP tubing. It is easiest to connect and disconnect the swivel connector at an angle, using a gentle but firm motion to separate the two tubes. You may also use the QR Socket release tabs to remove the interface from the DreamPorts for any extended time that you might be out of bed awake. Then reconnect again listening for the audible click when you are ready to resume sleeping.

REMOVING THE NIGHTLY DREAMPORTS AFTER SLEEP

First, remove the QR Sockets by pinching the tabs located along the QR rim. Once the QR Sockets and Silicone Interface have been released, gently peel back the edge of one of the Bleep DreamPort patches at the outside of the nose. After detaching one edge from your skin, grip the adhesive and gradually peel down, using your fingers of your other hand to hold the skin beside your nose in place. Gradually remove the tape from the sides of your nose in a downward motion, being careful not to yank or rip the adhesive patches away from your skin. Always pull down so that the final process of removing the adhesive ends below the underside of the nose. Never pull upward to remove the adhesive DreamPorts. This will optimally protect the skin. DreamPorts are for one time use. Discard DreamPorts after removal; DreamPorts are recyclable.

CLEANING YOUR BLEEP DREAMWAY INTERFACE

AFTER EACH USE:

1. Place the DreamWay into lukewarm water that contains a mild soap. Agitate back and forth for 20-30 seconds to immerse fully in the soapy solution. Let soak for 10 minutes.
2. Following the 10-minute soak, rinse thoroughly in fresh water, ensuring that all soap residue is removed and allow to drip dry.
3. Leave all parts to dry out of direct sunlight.

WARNING:

- Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products that contain chlorine, bleach, moisturizer, antiseptic, anti bacterial agents or alcohol.
- Do not wash your mask in boiling hot water as this may affect the shape of the interface and its proper ability to create functioning seals.

Note: Failure to follow the cleaning instructions may compromise the performance and safety of the mask. Frequency of cleaning, methods of cleaning or the use of cleaning agents, other than those specified, or exceeding the number of processing cycles can have an adverse effect on the Bleep DreamPort materials or performance.

DISPOSAL


Your mask may be disposed of in the general waste. Several parts are recyclable, including the DreamPorts themselves, if you are so inclined to rip away the tape they are bound to.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BIAS FLOW DATA

Mask Pressure (cm H2O)	4	6	8	10	12	14	16
Vent Flow Rate (L/min)	21	24	28	31	34	37	40

BIAS FLOW GRAPH



RESISTANCE TO FLOW DATA

Drop in pressure (through mask at given flow rate)

- At 50 L/min 1.7 cm H2O
- At 100 L/min 7.5 cm H2O

MASK DEAD SPACE

- 70 mL (the physical dead space is the empty volume of the mask to the end of the swivel)

SOUND

- The Sound Power Level of the mask is 26.1 dBA with uncertainty 2.5 dBA.
- The Sound Pressure Level of the mask is 33.2 dBA with uncertainty 2.5 dBA.



DreamPort™: la solución de sueño Solo desde Bleep™

Visite www.bleepsleep.com/instructions para un video con instrucciones detalladas.



Manual de instrucción del paciente y guía de uso

Rev-7, Item-100424



BIENVENIDO

¡Bienvenido a la revolución del "sueño"! Como nuevo usuario de Bleep DreamPort™ y DreamWay™, queremos agradecerle por haber elegido nuestro tratamiento innovador para la apnea del sueño. Lo que encontrará en esta guía son las instrucciones y el uso previsto para la tecnología DreamPort, cómo se debe aplicar para obtener los mejores resultados, detalles sobre cómo limpiarla y mantenerla adecuadamente, así como las mejores prácticas para una noche exitosa de uso del DreamPort muy ligero, sistema de interfaz CPAP sin el soporte craneal.

USO PREVISTO

Las interfaces Bleep DreamPort y DreamWay fueron creadas para personas que han sido diagnosticadas por un médico como que requieren tratamiento con CPAP o BiPAP. Las interfaces no deben utilizarse fuera de la orientación de un proveedor médico capacitado o un terapeuta respiratorio. La interfaz Bleep DreamPort está diseñada para un solo paciente adulto (>66 lb/30 kg) en el hogar, el hospital u otro entorno clínico. **La interfaz solo está diseñada para usarse como se indica en el manual de instrucciones proporcionado con Bleep DreamPort. Lea las instrucciones para el paciente y el manual de uso antes de usar.**

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El rango de presión de funcionamiento de la máscara se recomienda para 4 a 20 cm H2O.

El rango de temperatura de transporte y almacenamiento de la máscara es de -20 a 60C (-4 a 140F)

El rango de temperatura de funcionamiento de la máscara es de 10 a 40C (50 a 104F)

ANTES DE CADA USO OBSERVE ESTAS ADVERTENCIAS

- La ley federal de los EE. UU. restringe la venta u orden de este dispositivo a un médico.
- Asegúrese de que el paciente haya limpiado la superficie de la piel debajo de la nariz y alrededor de los lados de la nariz y las mejillas que tocará el adhesivo quirúrgico 3M. Esto es imprescindible para una aplicación exitosa y un uso nocturno eficaz. Si no se limpia la piel correctamente, se producirá un uso incorrecto de CPAP y habrá fugas en el sitio de la aplicación.
- Si tiene alergias graves a la cinta adhesiva médica, se recomienda que pruebe la cinta de espuma quirúrgica hipoalérgica 3M utilizada en el DreamPort que se incluye en su paquete de configuración de interfaz CPAP. Si tiene una reacción alérgica a la cinta después de la aplicación nocturna, suspenda el uso de inmediato y busque el consejo de un profesional médico o de su médico.
- Ajuste la temperatura de su habitación para que no transpire o sude.
- Asegúrese de inspeccionar que la máscara esté limpia y libre de obstrucciones
- Siempre asegúrese de observar la máscara por daños. No lo use si hay defectos notables, grietas, rasgaduras o áreas selladas incorrectamente en la interfaz. Póngase en contacto con su distribuidor local y solicite las piezas de repuesto.
- Confirme que los orificios de ventilación a lo largo de la parte inferior de la interfaz, ubicados a cada lado del tubo de

interfaz, estén libres de obstrucciones. No la use si los respiraderos están bloqueados o la restricción es evidente. Los orificios de ventilación deben estar limpios en todo momento; no selle las salidas de exhalación. La razón médica para esto es que la reinhalación del aire exhalado en cualquier máscara de CPAP durante períodos de tiempo prolongados, más allá de unos pocos minutos, puede causar asfixia y aire inadecuado, y puede ser peligroso o poner en peligro la vida.

- Solo debe usar la interfaz cuando la terapia CPAP o BiPAP está activada. Una vez que la interfaz esté conectada al adhesivo DreamPorts, asegúrese de que el dispositivo CPAP o BiPAP que usa el paciente se haya encendido y esté soplando aire.
- Do not use the interface if you are feeling sick with symptoms of nausea or have been vomiting.
- Suspenda el uso de la interfaz Bleep DreamPort si experimenta alguna reacción alérgica a la interfaz o al adhesivo que se aplica a la piel que rodea cualquier parte de las fosas nasales, las narinas o la nariz. Busque consulta médica si esto ocurre.
- No use la interfaz si se siente enfermo con síntomas de náuseas o ha estado vomitando.
- At low CPAP or BiPAP pressures, some rebreathing may occur, which is fairly normal with most CPAP masks.
- Discontinúe el uso del producto si presenta síntomas como: dolor de dientes, encías o mandíbula, dolor de cabeza intenso, dolor del pecho, dificultad para respirar o dolor ocular.
- Tenga cuidado de seguir todas las precauciones cuando use oxígeno suplementario junto con la interfaz. Consulte con su médico, terapeuta respiratorio y distribuidor de interfaz si tiene preguntas adicionales sobre usando oxígeno suplementario con este dispositivo.
- A presiones bajas de CPAP o BiPAP, puede producirse una reinhalación, lo que es normal con la mayoría de las máscaras de CPAP.
- Use con humidificación si experimenta congestión nasal o una vía aérea seca.
- Bleep DreamPorts son de un solo uso. Deséchelos después de cada uso. La interfaz de DreamWay tiene una vida útil de 90 días y debe ser reemplazada después de ser utilizada por 90 días.

NOTA IMPORTANTE: Si no sigue las instrucciones de operación, puede comprometer el rendimiento y la seguridad de la máscara.

APLICANDO LOS DREAMPORTS CORRECTAMENTE CADA VEZ

APLICANDO LOS DREAMPORTS

El primer paso para aplicar su interfaz es lavarse la cara, prestando atención especial a la parte inferior de la nariz, las fosas nasales y la región sobre el labio superior, así como a la piel entre las superficies externas de la nariz que llegan a las mejillas. Debido a que cada usuario de DreamPort no es el mismo y cada nariz es diferente en tamaño y forma, recomendamos lavar toda su cara para eliminar los aceites de la piel que se han acumulado a lo largo del día. Es la parte más importante de la aplicación de su interfaz, y una vez hecha correctamente le permitirá aplicar fácilmente los DreamPorts de manera consistente.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR A APLICAR SUS DREAMPORTS

- Retire dos DreamPorts del embalaje.
- De pie frente a un espejo para que pueda ver de cerca toda su cara, despegue la cubierta adhesiva desde uno de los DreamPorts.



- Incline su cabeza ligeramente hacia atrás para que pueda ver sus fosas nasales con claridad.
- Con cuidado, alinee el tubo DreamPort con su fosa nasal para que el tubo se convierta en una extensión de esa fosa nasal. Lleve el DreamPort a su nariz, usando el espejo para guiarlo con la alineación. Presione suavemente el DreamPort sobre el centro de la fosa nasal, sellando por completo la parte exterior de la fosa nasal.
- Con un dedo, presiona ligeramente la nariz hacia el lado opuesto de la cara para crear una superficie más plana entre el lado de la nariz y la mejilla.
- Presione el adhesivo DreamPort sobre la piel y alíselo, asegurándose de que todo el adhesivo quede plano contra la superficie de la piel y el área alrededor de la nariz. El DreamPort debe extenderse directamente desde su fosa nasal y permitirle respirar libremente como lo haría normalmente si no estuviera allí. Si no puede pasar el aire a través de su fosa nasal, la puede haber obstruido con cinta adhesiva y debería volver a aplicar utilizando un nuevo DreamPort.



- Siga los pasos 2 a 6 para la aplicación del segundo DreamPort.
- Una vez que ambos DreamPort se apliquen a su nariz, deberá ser capaz de respirar bien. Cada DreamPort debe extenderse hacia el centro de su labio superior y ser ligeramente flexible para ofrecer algo de movilidad. Esto le permitirá mover los DreamPorts para insertarlos correctamente en los sockets de Bleep Quick Release (QR) en la interfaz de DreamWay.



- Las primeras veces que aplica su máscara, le recomendamos que apliquela de pie frente a un espejo. Haga esto hasta que esté más cómodo y no necesite las señales visuales para conectar juntos los Bleep QR Sockets y los DreamPorts.
- Levante la interfaz Bleep para que los DreamPorts y los Sockets QR estén alineados. Concéntrese en conectar uno a la vez. Presione un Socket QR encima de un DreamPort. **Cuando estén completamente conectados, debería escuchar un clic audible.**
- Empuje suavemente el otro DreamPort hacia el último QR Socket e insértelo hasta que escuche otro clic audible.
- La interfaz de Bleep DreamWay debe colgar de su nariz. Puede apoyar el tubo sosteniéndolo junto a su cara mientras camina hacia su cama.




PROBANDO EL AJUSTE DE SU INTERFAZ DREAMPORT

Conecte su interfaz DreamPort a su máquina CPAP conectando el conector giratorio en el extremo del tubo de interfaz a su tubo CPAP. Encienda el dispositivo CPAP o BiPAP y pruebe si hay fugas.

- Si su máscara tiene fugas de aire, presione sobre la cinta para sellarla adecuadamente a su piel.
- Si su interfaz todavía tiene fugas, es posible que necesite limpiar su cara nuevamente y volver a aplicar DreamPorts nuevos, asegurándose de que su piel esté libre de aceites y lociones, y que esté suficientemente seca para que el adhesivo se adhiera adecuadamente a la piel.

SOPORTE CRANEAL

Si hay fugas de aire considerable durante el uso, o si tiene la boca seca, puede ser beneficioso utilizar un soporte craneal para ayudar con esto. Consulte con su proveedor de atención médica, terapeuta respiratorio o distribuidor local para obtener orientación sobre las opciones para usted, ya que hay muchos tipos de soporte craneal para elegir. Es posible que también necesite aumentar la intensidad de su humidificador.



CONDENSACIÓN O SILBIDO

Si experimenta sonidos silbantes o condensación excesiva en su máscara, es posible que tenga que bajar su humidificador. Haga esto gradualmente, durante algunas noches, para evitar reducir demasiado la humedad.



USANDO SU CONECTOR GIRATORIO PARA UNA DESCONEXIÓN RÁPIDA

La interfaz Bleep DreamPort puede desconectarse del tubo CPAP desensamblando el conector giratorio de la tubería CPAP. Es más fácil desmontar el conector giratorio en ángulo, usando un movimiento suave pero firme para separar los dos tubos. También puede usar los botones de aperturas del QR Socket para quitar la interfaz de los DreamPorts por un tiempo prolongado que podría estar dormido. Cuando esté listo para continuar durmiendo, vuelva a conectar los tubos escuchando para el clic audible.

ELIMINANDO LOS DREAMPORTS DESPUÉS DE DORMIR

Primero, quite los QR Sockets presionando los botones ubicados a lo largo del borde. Una vez que se hayan soltado los Sockets QR y la interfaz, retire suavemente el borde de los adhesivos Bleep DreamPort en la parte exterior de la nariz. Después de separar un borde del adhesivo de la piel, agarre el adhesivo y gradualmente despegue, usando los dedos de la otra mano para mantener la piel al lado de la nariz en su lugar. Retire gradualmente la cinta de los lados de su nariz en un movimiento hacia abajo, teniendo cuidado de no tirar o arrancar el adhesivo de su piel. Siempre jale hacia abajo para que el proceso final de eliminación del adhesivo termine debajo de la nariz. Nunca tire hacia arriba para quitar el adhesivo DreamPorts, esto protegerá la piel.

LIMPIANDO LA INTERFAZ DE BLEEP DREAMWAY™

DESPUES DE CADS USO:

- Retire los DreamPorts tirando suavemente del borde del adhesivo y creando una pestaña con la que lentamente retire el adhesivo de la nariz. NO rasgue el adhesivo de su cara para evitar daños a la piel.
- Coloque los DreamPort retirados en la basura. Están diseñados solo para una noche de uso y emitirán fugas de aire excesivamente si intenta usarlos otra vez.
- Coloque los QR Sockets, la conexión de silicona, la base de ventilación, el tubo de ventilación y el conector giratorio en agua tibia que contenga un jabón suave. Agite durante 20-30 segundos para sumergir completamente en la solución jabonosa. Deje remojar por 10 minutos.
- Después del remojo de 10 minutos, enjuague bien en agua limpia, asegurándose de que se eliminen todos los residuos de jabón y deje secar al aire.
- Deje que todas las piezas se sequen fuera de la luz solar directa.

AVISO:

- No lave el DreamWay™ en el lavaplatos.
- No limpie el DreamWay™ con productos que contengan cloro, blanqueador, humectante, antiséptico, antibacterianos o alcohol.
- No lave el DreamWay™ en agua hirviendo, ya que esto puede afectar la forma de la interfaz y su capacidad para crear sellos funcionales.

Nota: Si no se siguen las instrucciones de limpieza pueden comprometer el rendimiento y la seguridad de la máscara. La frecuencia de limpieza, los métodos de limpieza, el uso de agentes de limpieza distintos a los especificados o el exceder el número de ciclos de procesamiento pueden tener un efecto adverso en los materiales o el rendimiento de Bleep DreamPort.

ELIMINACIÓN DE PIEZAS


Se puede tirar su máscara en la basura general. Varias piezas son reciclables, incluso los DreamPorts, si quita la cinta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOS DATOS DE BIAS FLOW

Presión de máscara (cm H2O)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Tasa de flujo de ventilación (L/min)	21	24	28	31	34	37	40	42	45

GRÁFICO DE BIAS FLOW



LOS DATOS DE RESISTENCIA AL FLUJO

Caida de presión (a través de la máscara a la velocidad de flujo)

- A 50 L/min 1.7 cm H2O
- A 100 L/min 7.5 cm H2O

ESPACIO MUERTO DE MÁSCARA

- 70 mL (el espacio muerto físico es el volumen vacío de la máscara al final de la pieza giratorio)

SONIDO

- El Sound Power Level de la máscara es 26.1 dBA con una incertidumbre de 2.5 dBA
- El Sound Power Level de la máscara es 33.2 dBA con una incertidumbre de 2.5 dBA.



11312 US 15-501 North, Suite 107-206, Chapel Hill, NC 27517 • (833) EZ-BLEEP – (833) 392-5337 • bleepsleep.com
©2018 Bleep. All rights reserved. Este producto está protegido por patentes estadounidenses y extranjeras. Para obtener una lista de patentes relacionadas con este producto, visite www.bleepsleep.com